



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional “Florivaldo Coelho Prates”
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



CERTIFICADOS DE VERIFICAÇÃO INMETRO

2021

RADARES

PIRACICABA – SP



Sumário

1 - RUA CORCOVADO, Nº 915	3
2 - RUA CORCOVADO, OPOSTO AO Nº 857	6
3 - AVENIDA CENTENÁRIO, Nº 900.....	9
4 - AVENIDA DOUTOR PAULO DE MORAES, PRÓXIMO À RUA PROFESSOR SILVIO AGUIAR DE SOUZA .	12
5 - AVENIDA PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, PRÓXIMO RUA EÇA DE QUEIRÓZ	15
6 - AVENIDA ANTÔNIO FAZANARO, PRÓXIMO AVENIDA RIO DAS PEDRAS.....	18
7 - AVENIDA RIO DAS PEDRAS X AVENIDA BRUNO FERRAIOLI.....	21
8 - AVENIDA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AVENIDA TORQUATO DA SILVA LEITÃO	24
9 - VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO)	28
10 - VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI	31
11 - RUA GIOCONDA FIORIM ORIANI, PRÓXIMO AVENIDA RUI BARBOSA	34
12 - AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO À RUA SANTOS DUMONT	37
13 - AVENIDA 31 DE MARÇO, PRÓXIMO AO Nº 780	41



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



1 - RUA CORCOVADO, Nº 915

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15905086		Executor	120	Número do Inmetro	14193106
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0460
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	0236	Valor	R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 6421/2020 Local da Instalação: RUA CORCOVADO, 915 PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO CENTRO				Número do Documento de Arrecadação		294103213001648258	
Marcas de selagem: 03900079-7				CNPJ ou CPF		02.363.619/0001-96	
Nome/Razão Social		SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Data		Verificado em 05/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO	
Endereço		R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Validade da verificação:		04/10/2021	
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	Agente Metroológico		JOSIAS BARBOSA	
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	348 - JOSIAS BARBOSA	

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15905083		Executor	120	Número do Inmetro	14193107
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0454
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	0236	Valor	R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 6422/2020 Local da Instalação: RUA CORCOVADO, 915 PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO CENTRO				Número do Documento de Arrecadação		294103213001648274	
Marcas de selagem: 10111453-8				CNPJ ou CPF		02.363.619/0001-96	
Nome/Razão Social		SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Data		Verificado em 05/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO	
Endereço		R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Validade da verificação:		04/10/2021	
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	Agente Metroológico		JOSIAS BARBOSA	
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	348 - JOSIAS BARBOSA	



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 13/10/2020					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6421/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: RUA CORCOVADO, 915 PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0460					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		05/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1		Sentido: BAIRRO CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	65,6	65,0	65,0	0,6	5,0	0,0	0
2	61,9	62,0	62,0	- 0,1	5,0	0,0	0
3	65,0	66,0	66,0	- 1,0	5,0	0,0	0
4	64,3	63,0	63,0	1,3	5,0	0,0	0
5	62,4	62,0	62,0	0,4	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado			<input type="checkbox"/> Reprovado				
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193106 Selos/lacres utilizados: G9660879-7							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
	Data de Emissão: 13/10/2020						
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6422/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: RUA CORCOVADO, 915 PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0454					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		05/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2 Sentido: BAIRRO CENTRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	65,3	64,0	64,0	1,3	5,0	0,0	0
2	63,4	65,0	65,0	- 1,6	5,0	0,0	0
3	65,6	67,0	67,0	- 1,4	5,0	0,0	0
4	66,7	69,0	69,0	- 2,3	5,0	0,0	0
5	63,1	64,0	64,0	- 0,9	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193107 Selos/lacres utilizados: H0111453-8							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



2 - RUA CORCOVADO, OPOSTO AO Nº 857


		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15905090		Executor	120	Número do Inmetro	14193108
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0516
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	0236	Valor	R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 6420/2020				Número do Documento de Arrecadação			
Local da Instalação: RUA CORCOVADO, OPOSTO AO 857 PIRACICABA - SP				294103213001648282			
Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO BAIRRO				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96			
Marcas de selagem: 09890081-1				Data			
Nome/Razão Social		SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Verificado em 05/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO			
Endereço		R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Validade da verificação: 04/10/2021			
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	Agente Metrológico			
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	349 - JOSIAS BARBOSA	

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15905087		Executor	120	Número do Inmetro	14193109
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0461
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	0236	Valor	R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 6419/2020				Número do Documento de Arrecadação			
Local da Instalação: RUA CORCOVADO, OPOSTO AO 857 PIRACICABA - SP				294103213001648290			
Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO BAIRRO				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96			
Marcas de selagem: 09890081-1				Data			
Nome/Razão Social		SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Verificado em 05/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO			
Endereço		R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Validade da verificação: 04/10/2021			
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	Agente Metrológico			
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	349 - JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 13/10/2020					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6420/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: RUA CORCOVADO, OPOSTO AO 857 PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0516					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		05/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1		Sentido: CENTRO BAIRRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	60,1	61,0	61,0	- 0,9	5,0	0,0	0
2	59,4	57,0	57,0	2,4	5,0	0,0	0
3	59,1	60,0	60,0	- 0,9	5,0	0,0	0
4	59,9	62,0	62,0	- 2,1	5,0	0,0	0
5	62,0	63,0	63,0	- 1,0	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193108							
Selos/lacres utilizados: G9660881-9							
							
349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 13/10/2020					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6419/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: RUA CORCOVADO, OPOSTO AO 857 PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0461					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		05/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2 Sentido: CENTRO BAIRRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	61,3	64,0	64,0	- 2,7	5,0	0,0	0
2	59,7	61,0	61,0	- 1,3	5,0	0,0	0
3	60,7	59,0	59,0	1,7	5,0	0,0	0
4	58,8	59,0	59,0	- 0,2	5,0	0,0	0
5	60,6	60,0	60,0	0,6	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193109 Selos/lacres utilizados: G9660882-1							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



3 - AVENIDA CENTENÁRIO, Nº 900

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15905049		Executor	120	Número do Inmetro	14193115
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0457
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	0236	Valor	RS 542,72
Registro de medição: Rpira 6387/2020				Número do Documento de Arrecadação			
Local da Instalação: AV. CENTENÁRIO, 900				294103213001648061			
PIRACICABA - SP				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96			
Faixas/Sentido: FAIXA 1-SHOPPING/BAIRRO				Data			
Marcas de selagem: 0960000-0				Verificado em 06/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO			
Nome/Razão Social		SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Validade da verificação: 05/10/2021			
Endereço	R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426			Agente Metroológico			
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	JOSIAS BARBOSA			
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727		
				349 - JOSIAS BARBOSA			

		MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15905050		Executor	120	Número do Inmetro	14193116
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0455
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	0236	Valor	RS 542,72
Registro de medição: Rpira 6388/2020				Número do Documento de Arrecadação			
Local da Instalação: AV CENTENÁRIO, 900				29410321300164807X			
PIRACICABA - SP				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96			
Faixas/Sentido: FAIXA 2-SHOPPING/BAIRRO				Data			
Marcas de selagem: 0960001-2				Verificado em 06/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO			
Nome/Razão Social		SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Validade da verificação: 05/10/2021			
Endereço	R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426			Agente Metroológico			
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	JOSIAS BARBOSA			
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727		
				349 - JOSIAS BARBOSA			



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1 Data de Emissão: 08/10/2020					
	REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE						
Nº do registro de medição: 6387/2020							
Tipo de serviço metrológico Verificação periódica		Orgão metrológico Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico Endereço: AV. CENTENÁRIO, 900 PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo Nº portaria de aprovação: 228/2018 Nº aditivos da portaria de aprovação: Marca: ENGEBRAS Modelo: MMV544 Nº Série: 0457							
Metrologista executor JOSIAS BARBOSA		Data 06/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: faixa 1 Sentido: SHOPPING/BAIRRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	48,9	51,0	51,0	- 2,1	5,0	0,0	0
2	48,6	50,0	50,0	- 1,4	5,0	0,0	0
3	50,8	53,0	53,0	- 2,2	5,0	0,0	0
4	45,7	47,0	47,0	- 1,3	5,0	0,0	0
5	49,2	51,0	51,0	- 1,8	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado () Reprovado							
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193115 Selos/lacres utilizados: G9660890-0							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 08/10/2020					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6388/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV CENTENÁRIO, 900 PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0455					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		06/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: SHOPPING/BAIRRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	47,8	50,0	50,0	- 2,2	5,0	0,0	0
2	49,3	52,0	52,0	- 2,7	5,0	0,0	0
3	49,1	51,0	51,0	- 1,9	5,0	0,0	0
4	47,3	49,0	49,0	- 1,7	5,0	0,0	0
5	48,8	50,0	50,0	- 1,2	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado			<input type="checkbox"/> Reprovado				
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193116 Selos/lacres utilizados: G9660891-2							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



4 - AVENIDA DOUTOR PAULO DE MORAES, PRÓXIMO À RUA PROFESSOR SILVIO AGUIAR DE SOUZA



	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15997714		Executor 120	Número do Inmetro 14193110
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0465	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 1949/2021 Local da Instalação: AV. DR PAULO DE MORAES, PRÓX. A R. PROF SILVIO A DE SOUZA PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236
Marcas de selagem: H0412282-7		Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Valor R\$ 542,72
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Data Verificado em 22/09/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO		Número do Documento de Arrecadação 294103213001931960
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96		Validade da verificação: 21/09/2022
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Agente Metrológico 349 - JOSIAS BARBOSA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15969539		Executor 120	Número do Inmetro 14193111
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0456	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 577/2021 Local da Instalação: AV. DR. PAULO DE MORAES, PRÓX. À R. PROF. SILVIO A. DE SOUZA PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO/BAIRRO		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236
Marcas de selagem: H0602942-0		Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Valor R\$ 542,72
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Data Verificado em 23/04/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO		Número do Documento de Arrecadação 294103213001833470
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96		Validade da verificação: 22/04/2022
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Agente Metrológico 349 - JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes





	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 27/04/2021					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 577/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. DR. PAULO DE MORAES, PRÓX. À R. PROF. SILVIO A. DE SOUZA PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0456					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		23/04/2021					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: CENTRO/BAIRRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	61,1	63,0	63,0	- 1,9	5,0	0,0	0
2	63,0	65,0	65,0	- 2,0	5,0	0,0	0
3	61,7	64,0	64,0	- 2,3	5,0	0,0	0
4	62,3	65,0	65,0	- 2,7	5,0	0,0	0
5	64,7	66,0	66,0	- 1,3	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193111 Selos/lacres utilizados: H0562942-0							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="29/11/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1949/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. DR PAULO DE MORAES, PRÓX. A R. PROF SILVIO A DE SOUZA PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0465					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		22/09/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1		Sentido: CENTRO/BAIRRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	59,8	59,0	59,0	0,8	5,0	0,0	0
2	63,5	63,0	63,0	0,5	5,0	0,0	0
3	65,0	65,0	65,0	0,0	5,0	0,0	0
4	66,4	67,0	67,0	- 0,6	5,0	0,0	0
5	63,9	64,0	64,0	- 0,1	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193110 Selos/lacres utilizados: H0412262-7							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



5 - AVENIDA PROFESSOR ALBERTO VOLLET SACHS, PRÓXIMO RUA EÇA DE QUEIRÓZ

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA			Doc. 19
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15997715	Executor	Número do Inmetro
Instrumento		Marca	Modelo	Número de Série
MEDIDOR DE VELOCIDADE		ENGEBRAS	MMV544	0517
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço
Registro de medição: Rpira 1950/2021				Valor
Local da Instalação: AV. PROF. ALBERTO VOLLET SACHS PRÓX. À R. EÇA DE QUEIROZ				RS 542,72
PIRACICABA - SP				Número do Documento de Arrecadação
Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO				294103213001931979
Marcas de selagem: F0020401-0				CNPJ ou CPF
Nome/Razão Social				02.363.619/0001-96
SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA				Data
Endereço				Verificado em 22/09/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO
R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Validade da verificação: 21/09/2022
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	Agente Metrológico
Município	São Paulo	U.F.	SP	Josias Barbosa
		Telefone	(11) 2636-2727	340 - JOSIAS BARBOSA

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA			Doc. 19
	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15997716	Executor	Número do Inmetro
Instrumento		Marca	Modelo	Número de Série
MEDIDOR DE VELOCIDADE		ENGEBRAS	MMV544	0452
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço
Registro de medição: Rpira 1951/2021				Valor
Local da Instalação: AV. PROF. ALBERTO VOLLET SACHS PRÓX. À R. EÇA DE QUEIROZ				RS 542,72
PIRACICABA - SP				Número do Documento de Arrecadação
Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO				294103213001931987
Marcas de selagem: F0020402-2				CNPJ ou CPF
Nome/Razão Social				02.363.619/0001-96
SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA				Data
Endereço				Verificado em 22/09/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO
R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Validade da verificação: 21/09/2022
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000	Agente Metrológico
Município	São Paulo	U.F.	SP	Josias Barbosa
		Telefone	(11) 2636-2727	340 - JOSIAS BARBOSA



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes





	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="29/11/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1950/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. PROF. ALBERTO VOLLET SACHS PRÓX. À R. EÇA DE QUEIROZ PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0517					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		22/09/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA1		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	59,0	59,0	59,0	0,0	5,0	0,0	0
2	63,2	62,0	62,0	1,2	5,0	0,0	0
3	64,4	63,0	63,0	1,4	5,0	0,0	0
4	62,2	61,0	61,0	1,2	5,0	0,0	0
5	65,2	63,0	63,0	2,2	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14172698 Selos/lacres utilizados: H0659401-0							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="29/11/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1951/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. PROF. ALBERTO VOLLET SACHS PRÓX. À R. EÇA DE QUEIROZ PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0452					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		22/09/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	64,5	64,0	64,0	0,5	5,0	0,0	0
2	66,0	65,0	65,0	1,0	5,0	0,0	0
3	66,2	65,0	65,0	1,2	5,0	0,0	0
4	64,1	62,0	62,0	2,1	5,0	0,0	0
5	64,3	62,0	62,0	2,3	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14172699 Selos/lacres utilizados: H0659402-2							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



6 - AVENIDA ANTÔNIO FAZANARO, PRÓXIMO AVENIDA RIO DAS PEDRAS


MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15905053		Executor 120	Número do Inmetro 14172700
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0473
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 6391/2020 Local da Instalação: AV. ANTONIO FAZANARO, PRÓX. À AV. RIO DAS PEDRAS PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018	Código Serviço 0236
Marcas de selagem: 0980000-4		Valor R\$ 542,72	
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103213001648037	
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96	
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	Data Verificado em 06/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO	
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Validade da verificação: 05/10/2021
		Agente Metrológico JOSIAS BARBOSA	

MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Doc. 19	
CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15905054		Executor 120	Número do Inmetro 14193101
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0470
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 6392/2020 Local da Instalação: AV. ANTONIO FAZANARO, PRÓX. À AV. RIO DAS PEDRAS PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018	Código Serviço 0236
Marcas de selagem: 0980000-1		Valor R\$ 542,72	
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103213001648045	
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96	
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	Data Verificado em 06/10/2020 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO	
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Validade da verificação: 05/10/2021
		Agente Metrológico JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 08/10/2020					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6391/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. ANTONIO FAZANARO, PRÓX. À AV. RIO DAS PEDRAS PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0473					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		06/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	61,6	61,0	61,0	0,6	5,0	0,0	0
2	63,2	64,0	64,0	- 0,8	5,0	0,0	0
3	64,8	66,0	66,0	- 1,2	5,0	0,0	0
4	63,1	65,0	65,0	- 1,9	5,0	0,0	0
5	60,9	63,0	63,0	- 2,1	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14172700							
Selos/lacres utilizados: G9660899-4							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO		Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 08/10/2020					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 6392/2020							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. ANTONIO FAZANARO, PRÓX. À AV. RIO DAS PEDRAS PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0470					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		06/10/2020					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	61,2	62,0	62,0	- 0,8	5,0	0,0	0
2	62,4	64,0	64,0	- 1,6	5,0	0,0	0
3	64,2	63,0	63,0	1,2	5,0	0,0	0
4	64,5	65,0	65,0	- 0,5	5,0	0,0	0
5	61,9	62,0	62,0	- 0,1	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193101							
Selos/lacres utilizados: G9660900-1							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



7 - AVENIDA RIO DAS PEDRAS X AVENIDA BRUNO FERRAIOLI



	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15969537	Executor 120
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0451	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 575/2021 Local da Instalação: AV. RIO DAS PEDRAS X AV. BRUNO FERRAIOLI PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		
Marcas de selagem: 16022940-5		Código Serviço 0236	Valor R\$ 542,72	
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103213001833497		
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96		
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	Data Verificado em 23/04/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 22/04/2022		
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Agente Metrológico 349 - JOSIAS BARBOSA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15969538	Executor 120
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0472	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 576/2021 Local da Instalação: AV. RIO DAS PEDRAS X AV. BRUNO FERRAIOLI PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		
Marcas de selagem: 16022941-5		Código Serviço 0236	Valor R\$ 542,72	
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Número do Documento de Arrecadação 294103213001833519		
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96		
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	Data Verificado em 23/04/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 22/04/2022		
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Agente Metrológico 349 - JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes





	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="27/04/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 575/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. RIO DAS PEDRAS X AV. BRUNO FERRAIOLI PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0451					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		23/04/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1 Sentido: BAIRRO/CENTRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	61,0	63,0	63,0	- 2,0	5,0	0,0	0
2	61,8	64,0	64,0	- 2,2	5,0	0,0	0
3	59,9	61,0	61,0	- 1,1	5,0	0,0	0
4	63,1	65,0	65,0	- 1,9	5,0	0,0	0
5	64,1	64,0	64,0	0,1	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193102 Selos/lacres utilizados: H0562940-5							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="27/04/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 576/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. RIO DAS PEDRAS X AV. BRUNO FERRAIOLI PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0472					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		23/04/2021					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	60,3	62,0	62,0	- 1,7	5,0	0,0	0
2	63,1	63,0	63,0	0,1	5,0	0,0	0
3	63,3	63,0	63,0	0,3	5,0	0,0	0
4	62,7	63,0	63,0	- 0,3	5,0	0,0	0
5	60,3	62,0	62,0	- 1,7	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193103 Selos/lacres utilizados: H0562941-8							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



8 - AVENIDA ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AVENIDA TORQUATO DA SILVA LEITÃO

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15997718			Executor 120 Número do Inmetro 14193112
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo MMV544 Número de Série 0466
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236 Valor R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 1953/2021 Local da Instalação: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AV. TORQUATO DA SILVA LEITÃO PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-BAIRRO/CENTRO				Número do Documento de Arrecadação 294103213001931995
Marcas de selagem: 09000907-0				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA				Data Verificado em 22/09/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 21/09/2022
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Agente Metrológico 348 - JOSIAS BARBOSA
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000			
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727		



	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15981564			Executor 120 Número do Inmetro 14193113
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo MMV544 Número de Série 0468
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236 Valor R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 1341/2021 Local da Instalação: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AV. TORQUATO DA SILVA LEITÃO PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-BAIRRO/CENTRO				Número do Documento de Arrecadação 294103213001873855
Marcas de selagem: 16063019-3				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA				Data Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 19/07/2022
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Agente Metrológico 348 - JOSIAS BARBOSA
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000			
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727		

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15997717			Executor 120 Número do Inmetro 14193114
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo MMV544 Número de Série 0463
Dados Complementares		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236 Valor R\$ 542,72
Registro de medição: Rpira 1952/2021 Local da Instalação: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AV. TORQUATO DA SILVA LEITÃO PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 3-BAIRRO/CENTRO				Número do Documento de Arrecadação 294103213001932002
Marcas de selagem: 09000907-0				CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96
Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA				Data Verificado em 22/09/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 21/09/2022
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Agente Metrológico 348 - JOSIAS BARBOSA
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000			
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727		



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes





	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="22/07/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1341/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AV. TORQUATO DA SILVA LEITÃO PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0468					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	55,3	54,0	54,0	1,3	5,0	0,0	0
2	55,7	55,0	55,0	0,7	5,0	0,0	0
3	56,1	55,0	55,0	1,1	5,0	0,0	0
4	56,3	55,0	55,0	1,3	5,0	0,0	0
5	56,1	56,0	56,0	0,1	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193113 Selos/lacres utilizados: H0563019-3							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="23/09/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1952/2021							
Tipo de serviço metrológico		Órgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AV. TORQUATO DA SILVA LEITÃO PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0463					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		22/09/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 3		Sentido: BAIRRO/CENTRO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	49,3	48,0	48,0	1,3	5,0	0,0	0
2	49,4	48,0	48,0	1,4	5,0	0,0	0
3	48,4	49,0	49,0	- 0,6	5,0	0,0	0
4	49,4	49,0	49,0	0,4	5,0	0,0	0
5	52,0	54,0	54,0	- 2,0	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado			<input type="checkbox"/> Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193114 Selos/lacres utilizados: G9660889-0							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="23/09/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1953/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: AV. ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA X AV. TORQUATO DA SILVA LEITÃO PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0466					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		22/09/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1 Sentido: BAIRRO/CENTRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	52,8	51,0	51,0	1,8	5,0	0,0	0
2	53,1	52,0	52,0	1,1	5,0	0,0	0
3	53,6	54,0	54,0	- 0,4	5,0	0,0	0
4	54,0	55,0	55,0	- 1,0	5,0	0,0	0
5	54,1	54,0	54,0	0,1	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193112 Selos/lacres utilizados: G9660887-5							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



9 - VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO)



	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15981565		Executor 120	Número do Inmetro 14193119
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0467	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 1342/2021 Local da Instalação: VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO) PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-AV. 1º DE AGOSTO P/ AV LIMEIRA		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236
Marcas de selagem: H6563015-2		Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Valor R\$ 542,72
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Data Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 19/07/2022		Número do Documento de Arrecadação 294103213001873871
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96		Agente Metrológico
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Jun 26 349 - JOSIAS BARBOSA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO: 15981566		Executor 120	Número do Inmetro 14193120
Instrumento MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0458	
Dados Complementares Registro de medição: Rpira 1343/2021 Local da Instalação: VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO) PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-AV. 1º DE AGOSTO P/ AV LIMEIRA		Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço 0236
Marcas de selagem: H6563015-2		Nome/Razão Social SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA		Valor R\$ 542,72
Endereço R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426		Data Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 19/07/2022		Número do Documento de Arrecadação 29410321300187388X
Bairro Vila Maria Baixa	CEP 02118-000	CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96		Agente Metrológico
Município São Paulo	U.F. SP	Telefone (11) 2636-2727	Jun 26 349 - JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="22/07/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1342/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO) PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0467					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1		Sentido: AV. 1º DE AGOSTO P/ AV LIMEIRA					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	51,1	52,0	52,0	- 0,9	5,0	0,0	0
2	52,1	51,0	51,0	1,1	5,0	0,0	0
3	54,1	54,0	54,0	0,1	5,0	0,0	0
4	54,5	54,0	54,0	0,5	5,0	0,0	0
5	57,3	56,0	56,0	1,3	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193119 Selos/lacres utilizados: H0563015-2							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 22/07/2021					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1343/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: VIADUTO JOÃO CARMIGNANI (BABICO) PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0458					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: AV. 1º DE AGOSTO P/ AV LIMEIRA					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	50,9	50,0	50,0	0,9	5,0	0,0	0
2	54,1	53,0	53,0	1,1	5,0	0,0	0
3	55,0	54,0	54,0	1,0	5,0	0,0	0
4	54,9	54,0	54,0	0,9	5,0	0,0	0
5	54,7	54,0	54,0	0,7	5,0	0,0	0
(X) Aprovado () Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193120 Selos/lacres utilizados: H0563016-5							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



10 - VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI



	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19			
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15981567	Executor 120	Número do Inmetro 14193117		
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0464
Dados Complementares				Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	Valor
Registro de medição: Rpira 1344/2021 Local da Instalação: VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 1-SP304/RIO CLARO						0236	R\$ 542,72
Marcas de selagem: 29000002-5						Número do Documento de Arrecadação 294103213001873901	
Nome/Razão Social						CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96	
SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA						Data Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 19/07/2022	
Endereço		R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Agente Metrológico	
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000			JOSIAS BARBOSA	
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	349 - JOSIAS BARBOSA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19			
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15981568	Executor 120	Número do Inmetro 14193118		
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo	MMV544	Número de Série	0459
Dados Complementares				Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	Valor
Registro de medição: Rpira 1345/2021 Local da Instalação: VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI PIRACICABA - SP Faixas/Sentido: FAIXA 2-SP304 / RIO CLARO						0236	R\$ 542,72
Marcas de selagem: 16060014-0						Número do Documento de Arrecadação 29410321300187391X	
Nome/Razão Social						CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96	
SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA						Data Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO Validade da verificação: 19/07/2022	
Endereço		R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426				Agente Metrológico	
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000			JOSIAS BARBOSA	
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	349 - JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes





	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>					
		Data de Emissão: <input type="text" value="22/07/2021"/>					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1344/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0464					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1		Sentido: SP304/RIO CLARO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	55,2	56,0	56,0	- 0,8	5,0	0,0	0
2	57,0	57,0	57,0	0,0	5,0	0,0	0
3	57,1	57,0	57,0	0,1	5,0	0,0	0
4	56,5	55,0	55,0	1,5	5,0	0,0	0
5	54,6	54,0	54,0	0,6	5,0	0,0	0
(X) Aprovado			() Reprovado				
Observações : Nº de Inmetro do instrumento: 14193117 Selos/lacres utilizados: G9660892-5							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 22/07/2021					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1345/2021							
Tipo de serviço metrológico		Órgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: VIADUTO FRANCISCO JESUÍNO AVANZI PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0459					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2		Sentido: SP304 / RIO CLARO					
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	54,6	55,0	55,0	- 0,4	5,0	0,0	0
2	53,3	55,0	55,0	- 1,7	5,0	0,0	0
3	52,3	53,0	53,0	- 0,7	5,0	0,0	0
4	54,2	54,0	54,0	0,2	5,0	0,0	0
5	54,9	56,0	56,0	- 1,1	5,0	0,0	0
(X) Aprovado () Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193118 Selos/lacres utilizados: H0563014-0							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



11 - RUA GIOCONDA FIORIM ORIANI, PRÓXIMO AVENIDA RUI BARBOSA



	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19		
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15981562	Executor 120	Número do Inmetro 14172700	
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0473	
Dados Complementares			Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	Valor
Registro de medição: Rpira 1339/2021					0236	R\$ 542,72
Local da Instalação: R GIOCONDA FIORIM ORIANI, PROX AV RUI BARBOSA PIRACICABA - SP					Número do Documento de Arrecadação	
Faixas/Sentido: FAIXA 1-CENTRO/BAIRRO					294103213001882277	
Marcas de selagem: H6663017-8					CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96	
Nome/Razão Social					Data	
SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA					Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO	
Endereço					Validade da verificação: 19/07/2022	
R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426					Agente Metrológico	
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000		J. a. b.	
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	
					349 - JOSIAS BARBOSA	

	MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO			Doc. 19		
	CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO:		15981563	Executor 120	Número do Inmetro 14193101	
Instrumento	MEDIDOR DE VELOCIDADE	Marca	ENGEBRAS	Modelo MMV544	Número de Série 0470	
Dados Complementares			Portaria de aprovação do modelo: 228/2018		Código Serviço	Valor
Registro de medição: Rpira 1340/2021					0236	R\$ 542,72
Local da Instalação: R GIOCONDA FIORIM ORIANI, PROX AV RUI BARBOSA PIRACICABA - SP					Número do Documento de Arrecadação	
Faixas/Sentido: FAIXA 2-CENTRO BAIRRO					294103213001882455	
Marcas de selagem: H6663018-0					CNPJ ou CPF 02.363.619/0001-96	
Nome/Razão Social					Data	
SERGET COM. E CONST. SERV. DE TRANSITO LTDA					Verificado em 20/07/2021 conforme portaria 544/2014 sendo APROVADO	
Endereço					Validade da verificação: 19/07/2022	
R. DOM LUÍS FELIPE DE ORLEANS, 426					Agente Metrológico	
Bairro	Vila Maria Baixa	CEP	02118-000		J. a. b.	
Município	São Paulo	U.F.	SP	Telefone	(11) 2636-2727	
					349 - JOSIAS BARBOSA	



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes





	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 22/07/2021					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1339/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: R GIOCONDA FIORIM ORIANI, PROX AV RUI BARBOSA PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0473					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes (X) Sim () Não () Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos (X) Sim () Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 1 Sentido: CENTRO/BAIRRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	55,4	55,0	55,0	0,4	5,0	0,0	0
2	58,3	58,0	58,0	0,3	5,0	0,0	0
3	60,4	59,0	59,0	1,4	5,0	0,0	0
4	59,1	58,0	58,0	1,1	5,0	0,0	0
5	60,3	59,0	59,0	1,3	5,0	0,0	0
(X) Aprovado () Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14172700 Selos/lacres utilizados: H0563017-8							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA ECONOMIA INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	Folha: 1 de 1					
		Data de Emissão: 22/07/2021					
REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE							
Nº do registro de medição: 1340/2021							
Tipo de serviço metrológico		Orgão metrológico					
Verificação periódica		Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo					
Local de execução do serviço metrológico							
Endereço: R GIOCONDA FIORIM ORIANI, PROX AV RUI BARBOSA PIRACICABA - SP							
Identificação do modelo							
Nº portaria de aprovação: 228/2018							
Nº aditivos da portaria de aprovação:							
Marca: ENGEBRAS	Modelo: MMV544	Nº Série: 0470					
Metrologista executor		Data					
JOSIAS BARBOSA		20/07/2021					
Modelo conforme caderno de componentes <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não aplicável							
Modelo conforme portaria de aprovação e aditivos <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não							
Ensaio de Campo							
Faixa: FAIXA 2 Sentido: CENTRO BAIRRO							
Medições	Velocidade do Padrão (P)	Velocidade Registrada (R)	Velocidade Indicada (I)	E1 = P-R	E1 máximo admissível	E2 = R-I	E2 máximo admissível
1	56,3	56,0	56,0	0,3	5,0	0,0	0
2	56,7	56,0	56,0	0,7	5,0	0,0	0
3	55,4	55,0	55,0	0,4	5,0	0,0	0
4	57,3	56,0	56,0	1,3	5,0	0,0	0
5	59,6	58,0	58,0	1,6	5,0	0,0	0
<input checked="" type="checkbox"/> Aprovado <input type="checkbox"/> Reprovado							
Observações :							
Nº de Inmetro do instrumento: 14193101 Selos/lacres utilizados: H0563018-0							
 349 - JOSIAS BARBOSA							



12 - AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO À RUA SANTOS DUMONT

	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 123/2021
--	--	--------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA., Cnpj 71.590.426/0003-52, sita na SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte "C", Bairro Distrito Zonal Industrial Brasília, Brasília-DF, cep 70632-350, autorizada pela Dimel conforme Art. 4º da Portaria Inmetro nº 336/2019 declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria Inmetro nº 544/2014.

Nome Técnico			Data do Ensaio
Josemir De Sousa Ribeiro.			28/10/2021
Instrumento	Marca	Modelo	Nº Série
Medidor de Velocidade	ENGEBRAS	MMV-544NI	GABINETE: 0003-2021. SENSOR: SN210802001BR

Lacres Principais:

GABINETE: EBG1836946.
SENSOR: EBG1836958.

Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV-544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.

Portaria de Aprovação de Modelo
89/2021

Validade da Verificação Inicial
27/10/2022

Local da Instalação: AVENIDA PÁDUA DIAS, PROXIMO A RUA SANTOS DUMONT, SENTIDO BAIRRO/CENTRO.

Faixa/Sentido: 01 Bairro/Centro **Veloc. Permitida:** 060 km/h.

Nome/ Razão Social
SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA.

CNPJ
02.363.619/0001-96

Endereço
RUA DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS, 426

Bairro **CEP** **Município** **UF**
VILA MARIA BAIXA 02118-000 SÃO PAULO SP

Código serviço: **Valor** **Assinatura Técnico**
26236 R\$ 542,72 Josemir de Sousa Ribeiro

Assinatura Representante Legal
Cláudia Félix Loução




Prefeitura do Município de Piracicaba
 Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
 Estado de São Paulo - Brasil
 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



Engebras Tecnologia Ltda. - Cnpj 71.590.426/0003-52
 SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte C Distr. Zona Indl. Brasília-DF Cep 70632-350


REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 123/2021		Relatório CE 123/2021	Data 28/10/2021				
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO A RUA SANTOS DUMONT, SENTIDO BAIRRO/CENTRO.							
Lacres Primários: GABINETE: EBG1836946. SENSOR: EBG1836958.		Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.					
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 89/2021		Marca: ENGEBRAS					
Modelo: MMV-544NI		Nº de Série: GABINETE: 0003-2021. GABINETE: SN210802001BR					
Executor		Data da Verificação					
Josemir de Sousa Ribeiro.		28/10/2021					
Modelo conforme Caderno de Componentes		(X) SIM	() NÃO				
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos		(X) SIM	() NÃO				
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 01 Sentido: Bairro/Centro		Identif:	Velocidade Permitida: 060 km/h.				
Medições	Velocidade do Padrão P	Velocidade Registrada R	Velocidade Indicada I	E1=P-I	E1 Máximo Admissível	E2=R-I	E2 Máximo Admissível
1	53,7	52,0	52,0	1,7	+5.0km/h	0,0	0,0
2	59,2	58,0	58,0	1,2	+5.0km/h	0,0	0,0
3	65,0	62,0	62,0	3,0	+5.0km/h	0,0	0,0
4	69,5	66,0	66,0	3,5	+5.0km/h	0,0	0,0
5	67,6	64,0	64,0	3,6	+5.0km/h	0,0	0,0
6	70,8	68,0	68,0	2,8	+5.0km/h	0,0	0,0
7	65,5	62,0	62,0	3,5	+5.0km/h	0,0	0,0
8	66,8	63,0	63,0	3,8	+5.0km/h	0,0	0,0
9	64,4	61,0	61,0	3,4	+5.0km/h	0,0	0,0
10	67,1	64,0	64,0	3,1	+5.0km/h	0,0	0,0
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0112/2020							
(X) Aprovado		() Reprovado					
 _____ Josemir de Sousa Ribeiro							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 124/2021
---	--	--------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA., Cnpj 71.590.426/0003-52, sita na SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte "C", Bairro Distrito Zonal Industrial Brasília, Brasília-DF, cep 70632-350, autorizada pela Dimel conforme Art. 4º da Portaria Inmetro nº 336/2019 declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria Inmetro nº 544/2014.

Nome Técnico			Data do Ensaio
Josemir De Sousa Ribeiro.			28/10/2021
Instrumento	Marca	Modelo	Nº Série
Medidor de Velocidade	ENGEBRAS	MMV-544NI	GABINETE: 0004-2021. SENSOR: SN210802003BR

Lacres Principais:

GABINETE: EBG1836960.

SENSOR: EBG1836971.

Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV-544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.

Portaria de Aprovação de Modelo

89/2021

Validade da Verificação Inicial
27/10/2022

Local da Instalação: AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO A RUA SANTOS DUMONT, SENTIDO BAIRRO/CENTRO.

Faixa/Sentido:02 Bairro/Centro

Veloc. Permitida:060 km/h.

Nome/ Razão Social

SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA.

CNPJ

02.363.619/0001-96

Endereço

RUA DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS, 426

Bairro

VILA MARIA BAIXA

CEP

02118-000

Município

SÃO PAULO

UF

SP

Código serviço:

26236

Valor

R\$ 542,72

Assinatura Técnico

Josemir de Sousa Ribeiro

Assinatura Representante Legal

Cláudia Félix Lousa




Prefeitura do Município de Piracicaba
 Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
 Estado de São Paulo - Brasil
 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



Engebras Tecnologia Ltda. - Cnpj 71.590.426/0003-52
 SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte C Distr. Zona Indl. Brasília-DF Cep 70632-350

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 124/2021		Relatório CE 124/2021		Data 28/10/2021			
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
AVENIDA PÁDUA DIAS, PRÓXIMO A RUA SANTOS DUMONT, SENTIDO BAIRRO/CENTRO.							
Lacres Primários: GABINETE: EBG1836960. SENSOR: EBG1836971.				Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.			
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 89/2021				Marca: ENGEBRAS			
Modelo: MMV-544NI				Nº de Série: GABINETE: 0004-2021. SENSOR: SN210802003BR			
Executor				Data da Verificação			
Josemir de Sousa Ribeiro.				28/10/2021			
Modelo conforme Caderno de Componentes				(X) SIM		() NÃO	
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos				(X) SIM		() NÃO	
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 02		Sentido: Bairro/Centro		Identif:		Velocidade Permitida: 060 km/h.	
Medições	Velocidade do Padrão P	Velocidade Registrada R	Velocidade Indicada I	E1=P-I	E1 Máximo Admissível	E2=R-I	E2 Máximo Admissível
1	64,8	61,0	61,0	3,8	+5.0km/h	0,0	0,0
2	64,9	61,0	61,0	3,9	+5.0km/h	0,0	0,0
3	63,7	60,0	60,0	3,7	+5.0km/h	0,0	0,0
4	63,7	60,0	60,0	3,7	+5.0km/h	0,0	0,0
5	65,0	61,0	61,0	4,0	+5.0km/h	0,0	0,0
6	62,8	59,0	59,0	3,8	+5.0km/h	0,0	0,0
7	62,7	59,0	59,0	3,7	+5.0km/h	0,0	0,0
8	60,5	57,0	57,0	3,5	+5.0km/h	0,0	0,0
9	65,5	62,0	62,0	3,5	+5.0km/h	0,0	0,0
10	62,3	58,0	58,0	4,3	+5.0km/h	0,0	0,0
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0112/2020							
(X) Aprovado				() Reprovado			
 Josemir de Sousa Ribeiro							



13 - AVENIDA 31 DE MARÇO, PRÓXIMO AO Nº 780

	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 121/2021
--	--	--------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA., Cnpj 71.590.426/0003-52, sita na SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte "C", Bairro Distrito Zonal Industrial Brasília, Brasília-DF, cep 70632-350, autorizada pela Dimel conforme Art. 4º da Portaria Inmetro nº 336/2019 declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metroológico (RTM) anexo à Portaria Inmetro nº 544/2014.

Nome Técnico Josemir De Sousa Ribeiro.	Data do Ensaio 28/10/2021		
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série GABINETE: 0001-2021. SENSOR: SN210802057BR

Lacres Principais:

GABINETE: EBG1836909.
SENSOR: EBG1836910.

Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metroológico do MMV-544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.

Portaria de Aprovação de Modelo
89/2021

Validade da Verificação Inicial
27/10/2022

Local da Instalação: AVENIDA 31 DE MARÇO, PROXIMO AO Nº780, SENTIDO CENTRO/BAIRRO

Faixa/Sentido: 01 C/B

Veloc. Permitida: 050 km/h

Nome/ Razão Social
SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA.

CNPJ
02.363.619/0001-96

Endereço
RUA DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS, 426

Bairro
VILA MARIA BAIXA

CEP
02118-000

Município
SÃO PAULO

UF
SP

Código serviço:
26236

Valor
R\$ 542,72

Assinatura Técnico
Josemir de Sousa Ribeiro

Assinatura Representante Legal
Cláudia Félix Lousa




Prefeitura do Município de Piracicaba
 Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
 Estado de São Paulo - Brasil
 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



Engebras Tecnologia Ltda. - Cnpj 71.590.426/0003-52
 SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte C Distr. Zona Indl. Brasília-DF Cep 70632-350


REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 121/2021		Relatório CE 121/2021	Data 28/10/2021				
Tipo de Serviço Metrológico		VERIFICAÇÃO INICIAL					
Local de Execução do Serviço Metrológico							
AVENIDA 31 DE MARÇO, PROXIMO AO Nº780, SENTIDO CENTRO/BAIRRO							
Lacres Primários: GABINETE: EBG1836909, SENSOR: EBG1836910.		Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.					
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 89/2021		Marca: ENGEBRAS					
Modelo: MMV-544NI		Nº de Série: GABINETE: 0001-2021. SENSOR: SN210802057BR					
Executor		Data da Verificação					
Josemir de Sousa Ribeiro.		28/10/2021					
Modelo conforme Caderno de Componentes		(X) SIM	() NÃO				
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos		(X) SIM	() NÃO				
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 01 Sentido: Centro/Bairro		Identif: Velocidade Permitida: 050.					
Medições	Velocidade do Padrão P	Velocidade Registrada R	Velocidade Indicada I	E1=P-I	E1 Máximo Admissível	E2=R-I	E2 Máximo Admissível
1	64,5	61,0	61,0	3,5	+5.0km/h	0,0	0,0
2	56,4	53,0	53,0	3,4	+5.0km/h	0,0	0,0
3	57,2	54,0	54,0	3,2	+5.0km/h	0,0	0,0
4	57,3	54,0	54,0	3,3	+5.0km/h	0,0	0,0
5	65,3	62,0	62,0	3,3	+5.0km/h	0,0	0,0
6	63,4	61,0	61,0	2,4	+5.0km/h	0,0	0,0
7	60,5	57,0	57,0	3,5	+5.0km/h	0,0	0,0
8	61,4	57,0	57,0	4,4	+5.0km/h	0,0	0,0
9	59,1	56,0	56,0	3,1	+5.0km/h	0,0	0,0
10	62,2	58,0	58,0	4,2	+5.0km/h	0,0	0,0
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0112/2020							
(X) Aprovado				() Reprovado			
 Josemir de Sousa Ribeiro							



Prefeitura do Município de Piracicaba
Centro Cívico Cultural e Educacional "Florivaldo Coelho Prates"
Estado de São Paulo - Brasil
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes



	Certificado de Ensaio de Equipamento Medidor Velocidade	CE 122/2021
---	--	--------------------

A empresa ENGEBRAS TECNOLOGIA LTDA., Cnpj 71.590.426/0003-52, sita na SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte "C", Bairro Distrito Zonal Industrial Brasília, Brasília-DF, cep 70632-350, autorizada pela Dimel conforme Art. 4º da Portaria Inmetro nº 336/2019 declara que os instrumentos de medição relacionados abaixo foram ensaiados e estão em conformidade com os requisitos do Regulamento Técnico Metrológico (RTM) anexo à Portaria Inmetro nº 544/2014.

Nome Técnico Josemir De Sousa Ribeiro.	Data do Ensaio 28/10/2021		
Instrumento Medidor de Velocidade	Marca ENGEBRAS	Modelo MMV-544NI	Nº Série GABINETE: 0002-2021. SENSOR: SN210802004BR

Lacres Principais:

GABINETE: EBG1836922.
SENSOR: EBG1836934.

Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV-544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.

Portaria de Aprovação de Modelo
89/2021

Validade da Verificação Inicial
27/10/2022

Local da Instalação: AVENIDA 31 DE MARÇO, PROXIMO AO Nº780, SENTIDO CENTRO/BAIRRO

Faixa/Sentido: 02 C/B

Veloc. Permitida: 050 km/h.

Nome/ Razão Social
SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA.

CNPJ
02.363.619/0001-96

Endereço
RUA DOM LUIS FELIPE DE ORLEANS, 426


Bairro VILA MARIA BAIXA	CEP 02118-000	Município SÃO PAULO	UF SP
-----------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------

Código serviço: 26236	Valor R\$ 542,72	Assinatura Técnico Josemir de Sousa Ribeiro	Assinatura Representante Legal Cláudia Félix Dousa
---------------------------------	----------------------------	---	--



Engebras Tecnologia Ltda. - Cnpj 71.590.426/0003-52
 SAAN Quadra 03 Lote 565 Parte C Distr. Zona Indl. Brasília-DF Cep 70632-350

REGISTRO DE MEDIÇÃO DE MEDIDOR DE VELOCIDADE

Nº Registro de Medição RM 122/2021			Relatório CE 122/2021		Data 28/10/2021		
Tipo de Serviço Metrológico			VERIFICAÇÃO INICIAL				
Local de Execução do Serviço Metrológico							
AVENIDA 31 DE MARÇO, PROXIMO AO Nº780, SENTIDO CENTRO/BAIRRO							
Lacres Primários: GABINETE: EBG1836922. SENSOR: EBG1836934.			Lacres Secundários: Dispensado uso de lacre secundário porque a porta localizada na parte inferior permite apenas ajuste de zoom e foco. Não é possível acessar o compartimento relevantemente metrológico do MMV544NI. Equipamento utiliza 2 lacres principais, conforme Portaria 89/2021.				
Identificação do Modelo							
Nº de Portaria de Aprovação: 89/2021			Marca: ENGEBRAS				
Modelo: MMV-544NI			Nº de Série: GABINETE: 0002-2021. SENSOR: SN210802004BR				
Executor			Data da Verificação				
Josemir de Sousa Ribeiro.			28/10/2021				
Modelo conforme Caderno de Componentes			(X) SIM		() NÃO		
Modelo conforme Portaria de Aprovação e Aditivos			(X) SIM		() NÃO		
ENSAIO DE CAMPO							
Faixa: 02		Sentido: Centro/Bairro		Identif:		Velocidade Permitida:050.	
Medições	Velocidade do Padrão P	Velocidade Registrada R	Velocidade Indicada I	E1=P-I	E1 Máximo Admissível	E2=R-I	E2 Máximo Admissível
1	63,1	61,0	61,0	2,1	+5.0km/h	0,0	0,0
2	61,5	59,0	59,0	2,5	+5.0km/h	0,0	0,0
3	61,8	59,0	59,0	2,8	+5.0km/h	0,0	0,0
4	60,1	57,0	57,0	3,1	+5.0km/h	0,0	0,0
5	60,0	57,0	57,0	3,0	+5.0km/h	0,0	0,0
6	58,4	56,0	56,0	2,4	+5.0km/h	0,0	0,0
7	59,3	57,0	57,0	2,3	+5.0km/h	0,0	0,0
8	57,2	55,0	55,0	2,2	+5.0km/h	0,0	0,0
9	59,4	56,0	56,0	3,4	+5.0km/h	0,0	0,0
10	61,5	59,0	59,0	2,5	+5.0km/h	0,0	0,0
Padrão de Medição: Cronotacômetro série 014675 - Certificado de Calibração R0112/2020							
(X) Aprovado			() Reprovado				
 Josemir de Sousa Ribeiro							